

# Указания по применению NEXThaler®


## Очищение:

1 раз в неделю протирайте мундштук ингалятора сухой тканью (не промывать водой).

## Хранение:

Хранить при температуре не выше 25 °C. Не хранить ингалятор во влажной или мокрой среде.

## Правильная ингаляция шаг за шагом



**120**

Перед использованием проверьте счетчик. Значение между «1» и «120» указывает на наличие доз в NEXThaler®.

Перед использованием ингалятора убедитесь, что крышка полностью закрыта. Крепко держите ингалятор в вертикальном положении. Затем полностью откройте крышку (Вы должны услышать щелчок). Выдохните как можно глубже. Не дышите в ингалятор.



Направьте ингалятор в рот и плотно зажмите мундштук губами. Обратите внимание на то, чтобы не закрывать воздухозаборник, держа ингалятор. Вдохните быстро и глубоко. Вы услышите щелчок. Не обращайтесь на него внимания, продолжайте глубоко вдыхать.

Извлеките ингалятор изо рта и задержите дыхание на 5 – 10 секунд или настолько это возможно без усилий.

Медленно выдохните. Не дышите в ингалятор.



**119**

Верните ингалятор в вертикальное положение и полностью закройте крышку.

Проверьте, указывает ли счетчик доз на меньшую дозу. Если это не так, проконсультируйтесь с вашим врачом по вопросу оценки техники ингаляции и / или попросите фармацевта проверить состояние устройства. Если Вам требуется еще одна доза, повторите шаги 1 – 3.